SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS
Lab-Tec

INFORME TÉCNICO Nº 4590 - 2

EMPRESA	: Promaiz	**EQUIPO**	: Molino
CLIENTE	: Anthony Greig	**MARCA**	: Retsch
DIRECCIÓN	: Av. Jaime Guzman S/N	**MODELO**	: ZM 200
CIUDAD	:	**SERIE**	: 12131212050
FONO / FAX	:229255473	**COD. INTERNO**	:
FECHA DE TRABAJO	:01/12/2016	**FECHA DE ENTREGA INF.**	: 05/12/2017

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

-Equipo funcionando normalmente.

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantención preventiva a equipo , detallando lo siguiente :
-Control inicial del equipo
-Desarme del equipo
-Control de rotor
-Control de eje , nivelación de altura
-Lubricación de partes móviles
-Control eléctrico de funcionamiento
-Control de unidad de variación de frecuencia
-Armado del equipo.
-Prueba general del equipo

Equipo Operativo

CONCLUSIÓN

EQUIPO OPERATIVO

Sin otro particular se despide atentamente

LAB - TEC Ltda. Servicio Técnico Fono: 27722868 - anexo 221

Alfonso Benavente E
Depto. de Servicio Técnico Lab-Tec.
abenavente@lab-tec.cl
+56-2-27722868