PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 12/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-1359B

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
12/04/2017	3,9	4,01	6,87	7,03	CALIBRACION OK
05/05/2017	3,94	4,01	6,96	7,01	CALIBRACION OK