PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	12-05-2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05-09-2016	3,93	4	7,02	7	CALIBRACION OK
03-10-2016	3,91	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
02-11-2016	3,87	4,02	7,05	7	CALIBRACION OK
05-12-2016	3,95	4	7,01	7	CALIBRACION OK
03-01-2017	3,88	4,01	7,08	6,99	CALIBRACION OK
21-02-2017	3,88	4,01	7,08	7	CALIBRACION OK
16-03-2017	3,97	4,01	7,46	7,03	CALIBRACION OK
12-04-2017	3,89	4,01	7,23	7,03	CALIBRACION OK
12-05-2017	3,91	4	7,1	7,01	CALIBRACION OK
12-06-2017	3,95	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
12-07-2017	3,9	4,01	7,1	7,03	CALIBRACION OK
11-08-2017	3,94	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK