PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	17-07-2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-816

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05-01-2017	-	-	-	-	NO OPERATIVO
15-03-2017	3,85	4,02	6,54	7,01	CALIBRACION OK
18-04-2017	3,91	4,01	6,88	7,01	CALIBRACION OK
17-05-2017	3,92	4	6,84	7,02	CALIBRACION OK
16-06-2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
17-07-2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS