PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	16-06-2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-848

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05-01-2017	-	-	-	-	NO OPERATIVO
15-03-2017	3,88	4,03	7,06	7,01	CALIBRADO OK
18-04-2017	3,9	4,01	7,06	7,01	CALIBRADO OK
17-05-2017	3,92	4,02	6,92	7,01	CALIBRADO OK
16-06-2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS