PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	17/08/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-816

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/01/2017	-	-	-	-	NO OPERATIVO
15/03/2017	3,85	4,02	6,54	7,01	CALIBRACION OK
18/04/2017	3,91	4,01	6,88	7,01	CALIBRACION OK
17/05/2017	3,92	4	6,84	7,02	CALIBRACION OK
16/06/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
17/07/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
17/08/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS