PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	17/08/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-825

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/01/2017	-	-	-	-	NO OPERATIVO
15/03/2017	4,51	4,02	6,55	7,03	CALIBRADO OK
18/04/2017	4,23	4,01	6,87	7,02	CALIBRADO OK
17/05/2017	3,84	4,01	6,88	7,01	CALIBRADO OK
16/06/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
17/07/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
17/08/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS