PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	15/09/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-848

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/01/2017	-	-	-	-	NO OPERATIVO
15/03/2017	3,88	4,03	7,06	7,01	CALIBRADO OK
18/04/2017	3,9	4,01	7,06	7,01	CALIBRADO OK
17/05/2017	3,92	4,02	6,92	7,01	CALIBRADO OK
16/06/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
17/07/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
17/08/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
15/09/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS