PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	11/09/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-1322A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
19/01/2017	3,92	4	6,99	7	CALIBRACION OK
16/03/2017	4,05	4,01	7,04	7,01	CALIBRACION OK
12/04/2017	3,97	4	7,06	7	CALIBRACION OK
05/05/2017	3,94	4,01	6,98	7	CALIBRACION OK
12/06/2017	3,95	4,02	6,97	7,01	CALIBRACION OK
12/07/2017	3,92	4,01	6,95	7,01	CALIBRACION OK
11/08/2017	3,92	4	6,9	7,02	CALIBRACION OK
11/09/2017	3,94	4,01	6,88	7,01	CALIBRACION OK