CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 18/13921

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 25 de Enero de 2018
Técnico Responsable : Sr. Juan Obreque P

Equipo : Digestor
Marca : Buchi Modelo : K-425 Serie : 1000110353
Identificación Interna : -

TRABAJO REALIZADO:
- Revisión eléctrica y de calefactores
- Revisión de dispositivos controladores de temperatura
- Limpieza general
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:
- Cambio de 6 sellos viton (cliente)
- Cambio de 6 resortes circulares (RBS-984)

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-253/17
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17682

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.