PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 11/06/2018

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/09/2016	3,93	4	7,02	7	CALIBRACION OK
03/10/2016	3,91	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
02/11/2016	3,87	4,02	7,05	7	CALIBRACION OK
05/12/2016	3,95	4	7,01	7	CALIBRACION OK
03/01/2017	3,88	4,01	7,08	6,99	CALIBRACION OK
21/02/2017	3,88	4,01	7,08	7	CALIBRACION OK
16/03/2017	3,97	4,01	7,46	7,03	CALIBRACION OK
12/04/2017	3,89	4,01	7,23	7,03	CALIBRACION OK
12/05/2017	3,91	4	7,1	7,01	CALIBRACION OK
12/06/2017	3,95	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
12/07/2017	3,9	4,01	7,1	7,03	CALIBRACION OK
11/08/2017	3,94	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
11/09/2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
11/09/2017	3,95	4,01	6,97	7,02	CAMBIO SENSOR CALIBRACION OK
11/10/2017	3,94	4,02	6,92	7,01	CALIBRACION OK
10/11/2017	3,9	4	6,95	7,03	CALIBRACION OK
11/12/2017	3,92	4,01	6,94	7,02	CALIBRACION OK
11/01/2018	3,94	4,02	6,9	7,02	CALIBRACION OK
09/02/2018	3,96	4	6,95	7,01	CALIBRACION OK
09/03/2018	3,94	4,01	6,97	7	CALIBRACION OK
09/04/2018	3,92	4,02	6,91	7,03	CALIBRACION OK
09/05/2018	3,95	4,01	6,93	7,01	CALIBRACION OK
11/06/2018	3,94	4,03	6,96	7	CALIBRACION OK