CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14809

Empresa Solicitante	:	**PROMAIZ S.A**
Sección	:	Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control	:	08 de Marzo de 2019
Técnico Responsable	:	Sr. Gerardo Diaz S

Equipo : Agitador Magnetico
Marca : Thermo Cimarec Modelo: S131120-33 Serie : C1760131157518
Identificación Interna : PML-007

TRABAJO REALIZADO:

- Revision general
- Limpieza general
- Revisión eléctrica
- Revision de motor
- Acondicionamiento de contactos
- Control de funcionamiento

Observaciones :

- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/19
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17794

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.