CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14813

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 31 de Mayo de 2018
Técnico Responsable : Sr. Eduardo Antileo/Sr. Cristian Urbina

Equipo : Baño Termorregulado
Marca : Memmert Modelo: WNB-10 Serie :L313.0323
Identificación Interna : PML-026

Identificación y Trazabilidad de los Patrones :
Características : Termómetro Digital
Marca y Modelo : Fluke 51
Accesorios : Termocupla Standard Tipo K Serie :4309087ws
Certificado N° : Lc-16314
Organismo Emisor : Intrónica

Temperatura de Control °C	Temperatura de Trabajo °C	Temp. Inicial Obs. Equipo °C	Temp. Inicial Obs. Patrón °C	Temp. Final Obs. Equipo °C	Temp. Final Obs. Patrón °C	Tolerancia Equipo +/-°C
40	40	40,2	40,3	40,2	403	+/-0,5

T° : Temperatura, °C: Grados Centígrados

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/19
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17799

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.