CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14817

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 07 de Marzo de 2019
Técnico Responsable : Sr. Juan Obreque P

Equipo : Neutralizador de Gases
Marca : Buchi Modelo : K-415 Serie : 1000143847
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:
- Limpieza de cabezal de vacío
- Limpieza de vidrio
- Reacondicionamiento de contacto
- Chequeo de motor
- Control de funcionamiento

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/19
- Se recomienda para la próxima visita cambio de sello de cabezal de vacio
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17795

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.