CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14808

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 07 de Marzo de 2019
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Diaz S

Equipo : Sistema de Secado
Marca : Sartorius Modelo: MA 35 Serie : 29409214
Capacidad y Legibilidad : 35g / 0,001g
Identificación Interna : ----

Identificación y Trazabilidad de los Patrones:

Masas
Origen : Sartorius
Clase : E2
Certificado N° : 113566
Organismo Emisor : Sartorius

Temperatura
Característica : Termómetro Electrónico
Marca y Modelo : Fluke 51
Accesorios : T.C Tipo K
Certificado N° : Lc-16314
O. Emisor : Intrónica

Patrón de Ajuste (Calibración) : 30 g

	TEMPERATURA ALTA (°C)	TEMPERATURA BAJA (°C)	SENSIBILIDAD	LINEALIDAD			
CONTROL	**105**	**40**	**35g**	**10g**	**20g**	**30g**	**---**
INICIAL	108	--	35,0061g	+15d	+39d	+58d	---
FINAL	106	--	35,001g	0d	0d	+1d	---
TOLERANCIA	+/- 3	+/-3	+/- 0,001 g	+/- 0,001g			

d: dígito , g: gramo , °C: grados centígrados , T°: temperatura

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/19
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17795

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.