CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14815

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 07 de Marzo de 2019
Técnico Responsable : Sr. Juan Obreque P

Equipo : Digestor
Marca : Buchi Modelo : K-425 Serie : 1000110353
Identificación Interna : -

TRABAJO REALIZADO:
- Revisión eléctrica y de calefactores
- Revisión de dispositivos controladores de temperatura
- Limpieza general
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:
- Cambio de 6 sellos viton (RBS-984)
- Cambio de 1 elemento calefactor (RBE-608)

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/19
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17795

NERU RACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.

CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14816

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 07 de Marzo de 2019
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Diaz S

Equipo : Destilador
Marca : Buchi Modelo : K-350 Serie : 1000143851
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:

- Revision general
- Limpieza general de carcaza
- Limpieza de todos los vidrios
- Acondicionamiento de bombas y válvulas
- Revisión de tarjeta electrónica
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:

- 100cm de manguera tygon
- 1 Salida de destilado
- 1 Rubber bung
- 1 Kit de accesorios

Observaciones :

- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/18
- Se recomienda para la próxima visita cambio de bomba de soda y vaso protección salpicadura.
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17795

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.

CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14817

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 07 de Marzo de 2019
Técnico Responsable : Sr. Juan Obreque P

Equipo : Neutralizador de Gases
Marca : Buchi Modelo : K-415 Serie : 1000143847
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:
- Limpieza de cabezal de vacío
- Limpieza de vidrio
- Reacondicionamiento de contacto
- Chequeo de motor
- Control de funcionamiento

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/19
- Se recomienda para la próxima visita cambio de sello de cabezal de vacio
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17795

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.