PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 10/07/2017

REGISTRO CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD CT-903

FECHA	LECTURA INICIAL (uS)	LECTURA LABORATORIO (uS)	LECTURA FINAL (uS)	OBSERVACIONES
05/09/2016	3353	3490	3490	CALIBRACION OK
03/10/2016	3111	3215	3215	CALIBRACION OK
02/11/2016	2944	3080	3080	CALIBRACION OK
05/12/2016	3120	3213	3213	CALIBRACION OK
03/01/2017	3219	3250	3250	CALIBRACION OK
19/01/2017	2011	2190	2120	LIMPIAR SENSOR
13/02/2017	3224	3210	3210	CALIBRACION OK
13/03/2017	3315	3300	3300	CALIBRACION OK
12/04/2017	3115	3050	3050	CALIBRACION OK
10/05/2017	2640	2740	2740	CALIBRACION OK
09/06/2017	3150	3210	3210	CALIBRACION OK
10/07/2017	2780	2950	2950	CALIBRACION OK