PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	**REF** R-M-13 **REV** 0 **FECHA** 17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-909

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
16-07-2019	100,04	109,79	119,47	129,01	138,57	CALIBRACION OK
20-08-2019	100,03	109,78	119,47	129,02	138,56	CALIBRACION OK
23-09-2019	100,2	109,77	119,46	129,01	138,56	CALIBRACION OK
21-10-2019	100,01	109,78	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20-11-2019	100,01	109,78	119,49	129	138,6	CALIBRACION OK
18-12-2019	100	109,8	119,49	129	138,5	CALIBRACION OK
20-01-2020	100,1	109,6	119,5	129,1	138,4	CALIBRACION OK
20-02-2020	100,2	109,78	119,46	129,02	138,5	CALIBRACION OK