PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 20/07/2020

REGISTRO CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD CT-903

FECHA	LECTURA INICIAL (uS)	LECTURA LABORATORIO (uS)	LECTURA FINAL (uS)	OBSERVACIONES
08/11/2019	2830	2880	2880	CALIBRACION OK
20/12/2019	2835	2880	2880	CALIBRACION OK
20/01/2020	3125	3150	3150	CALIBRACION OK
20/02/2020	3150	3100	3100	CALIBRACION OK
20/03/2020	2946	3000	3000	CALIBRACION OK
20/04/2020	2837	2850	2850	CALIBRACION OK
20/05/2020	3068	3100	3100	CALIBRACION OK
19/06/2020	3249	3250	3250	CALIBRACION OK
20/07/2020	3047	3100	3100	CALIBRACION OK