	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-908

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
16/07/2019	99,94	109,73	119,52	129,02	138,57	CALIBRACION OK
20/08/2019	99,93	109,72	119,52	129,02	138,57	CALIBRACION OK
23/09/2019	99,94	109,71	119,52	129,01	138,56	CALIBRACION OK
21/10/2019	99,86	109,74	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/11/2019	99,9	109,73	119,51	129,01	138,58	CALIBRACION OK
18/12/2019	99,95	109,7	119,6	129	138,6	CALIBRACION OK
20/01/2020	99,9	109,7	119,5	129,01	138,6	CALIBRACION OK
20/02/2020	99,8	109,6	119,5	129	138,5	CALIBRACION OK
19/03/2020	99,9	109,7	119,6	129	138,6	CALIBRACION OK
20/04/2020	100,01	109,79	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK