SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS
Lab-Tec

INFORME TÉCNICO Nº 4590 - 3

EMPRESA	: Promaiz	**EQUIPO**	: Polarimetro
CLIENTE	: Anthony Greig	**MARCA**	: Bellingam Stanley
DIRECCIÓN	: Av. Jaime Guzman S/N	**MODELO**	: ADP 440
CIUDAD	:	**SERIE**	: PX 12017
FONO / FAX	:229255473	**COD. INTERNO**	:
FECHA DE TRABAJO	: 01/12/2016	**FECHA DE ENTREGA INF.**	05/12/2017

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

-Equipo funcionando normalmente.

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantención preventiva a equipo , detallando lo siguiente :
-Control inicial del equipo
-Desarme del equipo
-Control de unidad óptica
-Control de ángulo de rotación
-Control de lámpara
-Lubricación de partes móviles
-Control eléctrico de componentes
-Armado del equipo.
-Prueba con placa de calibración, logrando valores normales de operación.

Equipo Operativo

CONCLUSION

EQUIPO OPERATIVO

Sin otro particular se despide atentamente

LAB - TEC Ltda. Servicio Técnico Fono: 27722868 - anexo 221

Alfonso Benavente E
Depto. de Servicio Técnico Lab-Tec.
abenavente@lab-tec.cl
+56-2-27722868