CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 17/12830

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 17 de Febrero de 2017
Técnico Responsable : Sr. Daniel Canio

Equipo : Sistema de Secado
Marca : Sartorius Modelo: MA 35 Serie : 29409214
Capacidad y Legibilidad : 35g / 0,001g
Identificación Interna : ----

Identificación y Trazabilidad de los Patrones:

Masas
Origen : Sartorius
Clase : E2
Certificado N° : 95576
Organismo Emisor : Sartorius

Temperatura
Característica : Termómetro Electrónico
Marca y Modelo : Fluke 51
Accesorios : T.C Tipo K
Certificado N° : Lc-12281
O. Emisor : Intrónica

Patrón de Ajuste (Calibración) : 30 g

	TEMPERATURA ALTA (°C)	TEMPERATURA BAJA (°C)	SENSIBILIDAD	LINEALIDAD			
CONTROL	**105**	**40**	**35g**	**10g**	**20g**	**30g**	**---**
INICIAL	103	--	35,009g	+2d	+5d	+8d	---
FINAL	103	--	35,000g	0d	0d	0d	---
TOLERANCIA	+/- 3	+/-3	+/- 0,001 g	+/- 0,001g			

d: dígito , g: gramo , °C: grados centígrados , T°: temperatura

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-027/17
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 15898

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.