CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 18/14201

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 31 de Mayo de 2018
Técnico Responsable : Sr. Eduardo Antileo/Sr. Cristian Urbina

Equipo : Baño Ultrasonico
Marca : Elma Modelo: E30H Serie :100317093
Identificación Interna : PML-019

Identificación y Trazabilidad de los Patrones :
Características : Termómetro Digital
Marca y Modelo : Fluke 51
Accesorios : Termocupla Standard Tipo K Serie :5540730
Certificado N° : Lc-12281
Organismo Emisor : Intrónica

Temperatura de Control °C	Temperatura de Trabajo °C	Temp. Inicial Obs. Equipo °C	Temp. Inicial Obs. Patrón °C	Temp. Final Obs. Equipo °C	Temp. Final Obs. Patrón °C	Tolerancia Equipo +/-°C
30	30	30	32	30	31	+/-2

T° : Temperatura, °C: Grados Centígrados

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-077/18
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 16407

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.