CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 17/13246

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 15 de Mayo de 2017
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Diaz S. y Sr. Francisco Briones

Equipo : Neutralizador de Gases
Marca : Buchi Modelo : K-415 Serie : 1000143847
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:
- Limpieza de cabezal de vacío
- Limpieza de vidrio
- Reacondicionamiento de contacto
- Chequeo de motor
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:
- 1 Silenciador (RBS-985)
- 1 Valvula de vacio (RBV-983)

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto STM-084/17
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17115

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.