Román Díaz 462
Providencia - Santiago
www.lab-tec.cl

INFORME TÉCNICO FBL-4590-3

Empresa	**PROMAIZ**			**Equipo**	**TAMIZADOR**
Cliente	**Anthony Greig**			**Marca**	**Retsch**
Dirección	Av. Jaime Guzmán S/N KM 7			**Modelo**	AS 200
Ciudad	Santiago	**Teléfono**		**Serie**	12130412371
E-mail	**agreig@promaiz.cl**			**Sección**	
Fecha Trabajo	1 de diciembre del 2016			**Tag Nº**	

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Se realiza mantención preventiva.

TRABAJO REALIZADO

- Chequeo inicial de funcionamiento.

  Se Realiza Mantención general preventiva.
- Desarme de equipo.
- Limpieza de tarjetas electrónicas, cableado eléctrico y conectores.
- Limpieza de pantalla y revisión de teclado.
- Limpieza de bloque vibratorio.
- Chequeo de torque de fábrica de sistema completo.
- Limpieza de base interna.
- limpieza y chequeo de hilos y manillas de ajuste.
- Limpieza de plato y sistema de vibración.
- Ajuste de conectores eléctricos.
- Chequeo de consumo y voltaje de sala.
- Armado de equipo.
- Chequeo de funcionamiento.

Román Díaz 462
Providencia - Santiago
www.lab-tec.cl

RECOMENDACIONES / INSTRUCCIONES

EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, TEMPERATURA AMBIENTE IDEAL DE TRABAJO ES 21º C.

EQUIPO OPERATIVO.

Medición de Revoluciones

Se despide atte.





Felipe Bastias Leal
Dpto. de Servicio Técnico
Lab – Tec Ltda.
Teléfono: 56-2-27722868- Anexo 221
fbastias@lab-tec.cl