PROMAIZ

Registro de verificacion balanza Análitica

Valor nominal masa control	1mg	5 mg	100 mg	1 gr	10 gr
Limite superior de control					
Limite inferior de control					

Balanza	SHIMADZU Aux-220		Codigo	PML-001	Mes	Febrero 2017
Dia	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g	Responsable
1	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
2	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
3	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
4	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/
6	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
7	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
8	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
9	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
10	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
11	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/
13	0.0010	0.0050	0.0050	1.0000	10.0001	Carol Soto
14	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
15	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
16	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
17	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
18	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/
20	0.0010	0.0050	0.1000	0.9999	10.0001	Carol Soto
21	0.0010	0.0050	0.1000	0.9999	10.0001	Carol Soto
22	0.0010	0.0050	0.1000	0.9999	10.0001	Carol Soto
23	0.0010	0.0050	0.1000	0.9999	10.0001	Carol Soto
24	0.0010	0.0050	0.1000	0.9999	10.0001	Carol Soto
25	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/
27	0.0010	0.0050	0.1000	0.9999	10.0001	Carol Soto
28	0.0010	0.0050	0.1000	0.9999	10.0001	Carol Soto
29	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/