PROMAIZ

# Registro de verificacion balanza Análitica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor nominal masa control | 1 mg | 5 mg | 100 mg | 1 gr | 10 gr |
| Limite superior de control | | | | | |
| Limite inferior de control | | | | | |

| Balanza | SHIMADZU AUX-220 | | Codigo | PML-001 | Mes | MAYO 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | 1 mg | 5 mg | 100 mg | 1 g | 10 g | Responsable |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E. PIZARRO |
| 3 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E. PIZARRO |
| 4 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E. PIZARRO |
| 5 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E. PIZARRO |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E.PIZARRO |
| 9 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E.PIZARRO |
| 10 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0003 | E.PIZARRO |
| 11 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E.PIZARRO |
| 12 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E.PIZARRO |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E.PIZARRO |
| 16 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0002 | E.PIZARRO |
| 17 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 18 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 19 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | |
| 23 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 24 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 25 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 26 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 30 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |
| 31 | 0.0010 | 0.0050 | 0.1000 | 1.0000 | 10.0001 | E.PIZARRO |