PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Fecha	18-06-2017
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011			Codigo:	PML-017		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
19-06-17	7,02	4.00	10.00	97,1%	19,2	M.Abarca		✓
19-06-2017	7,02.	4,00	10,00	97,9	17,3.	Carlos F.	✓	
20-06-2017	7,02	4.00	10.00	97,1%	18,9	M.Abarca		✓
20-06-2017	~~7,02~~	~~4,00~~	~~10,00~~					
20-06-2017	7,02	4,00	10,00	97,0	19,5.	Carlos F.	✓	
21-06-2017	7,01	4.00	10.00	96,5%	19,7	M.Abarca		✓
21-06-2017	7,02.	4,00	10,00	96,8	18,2.	Carlos F.	✓	
22-06-2017	7,01	4,01	10.00	96,6%	20,5	M.Abarca		✓
22.06.17	7.01	4.00	10.07	95,3	19.8	CARLA E	✓	
23-06-17	7,01	4,00	10,06	95.4	20,5	Jinny A		✓
23-06-17	7.02	4.00	10.00	96.0	20.	ESTEBAN	✓	
24.06.17	7,01	4,00	10,00	97,2	20,2	Jinny A		✓
24.06.17	7.02	4.00	10.00	95.8	18.8	Esteban C	✓	
25-06-17	7.01	4,00	10,00	96,6	20,4	Jinny A		✓
25/06/17	7.02	4.00	10.00	95.6	18.7	Esteban C	✓	
27-06-2017	7,02	4,00	10,00	96,2	18,8	Carlos F.		✓
27-06-2017	7,02	4.00	10.00	96,2%	19,1	M.Abarca	✓	
28-06-2017	7,01	4,00	10,00	95,5	20,1	Carlos F.		✓
28-06-2017	7,02	4.00	10.00	95,5%	19,3	M.Abarca	✓	
29-06-2017	7,02	4,00	10,00	95,4	19,6	Carlos F.		✓
29-06-2017	7,01	4,01	10.00	95,4%	20,7	M.Abarca	✓	
30-06-2017	7,01	4,01	10,00	95,3	20,5.	Carlos F.		✓
30-06-17	7,01	4.00	10.00	96.0%	19,6	M.Abarca	✓	
01-07-17	7.02	4.00	10.00	96.0%	18.0	Esteban C		✓
01-07-17	7,03	4,00	10,00	96,2	16,5	Jinny A	✓	
02-07-17	7.02	4.00	10.00	96.4	18.3	Esteban C		✓
02-07-17	7,02	4,00	10,00	97,6	20,5	Jinny A	✓	
03-07-17	7.02	4.00	10.00	96.0	18.3	Esteban C		✓
03-07-17	7.02	4.00	10.00	95.7	18.5	Carlos.	✓	