PROMAIZ	REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO	Código	
		Revisión	000
		Fecha	11-03-2017
		Página	1 de 1
		Revisado por	E.Pizarro
		Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011			Codigo:	PML-017		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
11-03-17	7.02	4.00	10.01	94,0%	17,2	M.Abarca	✓	
11-03-17	7,01	4,01	10,00	94,7	21,4	Coulé		✓
12-03-17	7.02	4.00	10.00	94.0	17.5	Estebanc	✓	
12-03-17	7,00	4,01	10,00	93,3	22,5	Coulé		✓
13-03-17	7,00	4,00	10,00	93,7	18,3	Jinny	✓	
13-03-17	7.04	4.00	10.00	100.3	18.0	Estebanc		✓
14-03-17	7,02	4,00	10,00	99,1	18,5	Jinny	✓	
15-03-17	7,01	4.01	10,05	99,7%	21,2	M.Abarca		✓
15-03-17	7,01	4,01	10,00	98,8	21,4	Jinny	✓	
16-03-17	7.01	4.01	10,05	97,9%	21,7	M.Abarca		✓
16-03-17	7,01	4,01	10,00	98,8	21,4	Coulé		✓
17-03-17	7,01	4.01	10,04	98,2%	22,3	M.Abarca		✓
17-03-17	7.01	4.01	10,00	98,9	21,2	Coulé	✓	
18-03-17	7.01	4.01	10,05	97,0%	21,7	M.Abarca		✓
18-03-17	7,02	4,00	10,00	96,0	17,0	Coulé	✓	
19-03-17	7,01	4,00	10,05	96,9	20,0	Jinny		✓
19-03-17	7.01	4.01	10.05	97.0	21.0	Estebanc	✓	
20-03-17	7,01	4,00	10,00	97,8	20,8	Jinny		✓
20-03-17	7.01	4.01	10.04	97.0	22,0	Estebanc	✓	
21-03-17	7,01	4.01	10,04	96,7	21,8	Jinny		✓
21-03-17	7.02	4.00	10.00	97.5	18.4	Estebanc	✓	
22-03-17	7,01	4,00	10,00	96,5	21,5	Jinny		✓
22-03-17	7.02	4.00	10.00	97.6	18.2	Estebanc	✓	
23-03-17	7,01	4,01	10,04	96,7	22,3	Coulé		✓
23-03-17	7.02	4.00	10,01	97,0%	19,5	M.Abarca	✓	
24-03-17	7,01	4,01	10,05	96,2	21,1	Coulé		✓
24-03-17	7,02	4.00	10,01	96,9%	18,0	M.Abarca	✓	
25-03-17	7,01	4,00	10,00	96,7	20,4	Coulé		✓
25-03-17	7,02	4.00	10.01	96,8%	17,7	M.Abarca	✓	
26-03-17	7,01	4,01	10,00	96,9	20,8	Coulé		✓
26-03-17	7.02	4.00	10.00	97.2%	17,2	M.Abarca	✓	
27-03-17	7.01	4.01	10.05	95.5%	20.9	Estebanc		✓
27-03-17	7.02	4.02	10.00	92.2	19.1	Carol S	✓	
28-03-17	7.01	4.01	10.04	95.4	22.2	Estebanc		✓
28-3-17	7.02	4.00	10.00	96.1	19.1	Carol S	✓	
29-03-17	7.02	4.01	10.00	96.2	20.0	Estebanc		✓
29-03-17	7.02	4.00	10.00	96.3	19.2	Carol S	✓	