PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Fecha	03-01-2017
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011			Codigo:	PML-017		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
11.01.17	7.02.	4,00	10,01	99.4 %	20.1	Jarol D		✓
11-01-17	7,01	4,00	10,00	99,3%	20,0	Jinny D	✓	
12-01-17	7,01	4.01	10.00	98,6%.	21,0	M.Abarca		✓
12.01.17	7,02	4,00	10,00	98,4	19,1	Jinny D	✓	
13-01-17	7.01	4.00	10.00	98,1%.	20.2	M.Abarca		✓
13-01-17	7,01	4,00	10,00	98,2	20,2	Jinny D	✓	
14-01-17	7,01	4.01	10.00	97,9%	20,7	M.Abarca		✓
18-01-17	7.01	4.00	10.07	95.7%	19.8	Elizabeth P.	✓	
19-01-17	7,02	4,00	10,00	95,8%	18,0	Jinny D		✓
19.01.17	7.02	4.00	10.01	96.0%.	18.7	Jarol D	✓	
20-01-17	7,02	4,00	10,00	96,1%	19,7	Jinny D		✓
20.01.17	7.02	4.00	10.01	95.9%	18.8	Jarol D	✓	
21-01-17	7,01	4,01	10,00	98,5	21,0	Jinny D		✓
21.01.17	7.01	4.01	10.00	98,7%.	21.2.	M. Abarca	✓	
22-01-17	7,01	4,01	10,00	98,5%	20,0	Jinny D		✓
22-01-17	7.02	4.00	10.00	98,7%.	17.0	M.Abarca	✓	
23-01-17	7,01	4,00	10,00	98,2%.	21,2	Jinny D.		✓
23-01-17	7.02	4.00	10.00	98,2%.	19.0	M.Abarca	✓	
24-01-17	7.01	4.00	10.00	98.1%.	20.4	Estebanc		✓
24-01-17	7.01	4.00	10.00	97,9%.	19.6	M.Abarca	✓	
25-01-17	7.02	4.00	10.00	97,9%.	19.2	Estebanc		✓
25-01-17	7.01	4.00	10.00	97,6%.	19.9	M.Abarca	✓	
26-01-17	7.01	4.00	10.00	97,4%.	19.9	Estebanc		✓
26.01.17	7.02	4.00	10.00	97,5%.	17,9	M.Abarca	✓	
27-01-17	7.01	4.01	10.00	96.5%.	21.0	Estebanc		✓
27-01-17	7,01	4,00	10,00	97,0%.	20,0	Jinny D	✓	
28-01-17	7.04	4.00	10.00	100.0%.	20.0	Estebanc		✓
28-01-17	7,01	4,01	10,00	99,4%.	21,3	Jinny D	✓	
29-01-17	7.01	4.01	10.00	98.1%.	21.0	Estebanc		✓
29-01-17	7,01	4,01	10,00	98,8%.	21,0	Jinny D	✓	
30-01-17	7,01	4.01	10.00	98,5%.	299	M.Abarca		✓
30-01-17	7,01	4.01	10,00	98,5%	21,6	Jinny D	✓	
31-01-17	7.01	4.00	10.01	99.0%.	19.6	Jarol D		✓
31-01-17	7,01	4,00	10,00	98,3	19,7	Jinny D	✓	
01.02.17	7.01	4.00	10.01	98,6%.	19.9	Jarol D		✓
1-02-17	7,01	4,00	10,00	97,6	20,0	Conlet	✓	
02-02-17	7.01	4.00	10.01	97.9%.	20.0	Jarol D		✓