PROMAIZ

Registro de verificacion balanza Análitica

Valor nominal masa control	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g.
Limite superior de control					
Limite inferior de control					

Balanza	SHIMADZU AUX-220		Codigo	PML-001	Mes	JULIO 2017
Dia	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g	Responsable
1						
2						
3	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
4	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
5	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
6	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
7	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
8						
9						
10	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
11	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
12	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
13	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
14	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
15						
16						
17	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
18	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
19	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
20	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
21	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
22						
23						
24	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
25	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
26	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
27	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
28	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
29						
30						
31	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO