| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>REV 0<br>FECHA 10/07/2017 |
|---|---|---|

# REGISTRO CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD CT-903

| FECHA | LECTURA INICIAL (uS) | LECTURA LABORATORIO (uS) | LECTURA FINAL (uS) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | 3353 | 3490 | 3490 | CALIBRACION OK |
| 03/10/2016 | 3111 | 3215 | 3215 | CALIBRACION OK |
| 02/11/2016 | 2944 | 3080 | 3080 | CALIBRACION OK |
| 05/12/2016 | 3120 | 3213 | 3213 | CALIBRACION OK |
| 03/01/2017 | 3219 | 3250 | 3250 | CALIBRACION OK |
| 19/01/2017 | 2011 | 2190 | 2120 | LIMPIAR SENSOR |
| 13/02/2017 | 3224 | 3210 | 3210 | CALIBRACION OK |
| 13/03/2017 | 3315 | 3300 | 3300 | CALIBRACION OK |
| 12/04/2017 | 3115 | 3050 | 3050 | CALIBRACION OK |
| 10/05/2017 | 2640 | 2740 | 2740 | CALIBRACION OK |
| 09/06/2017 | 3150 | 3210 | 3210 | CALIBRACION OK |
| 10/07/2017 | 2780 | 2950 | 2950 | CALIBRACION OK |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |