PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	10-07-2017

REGISTRO CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD CT-903

FECHA	LECTURA INICIAL (uS)	LECTURA LABORATORIO (uS)	LECTURA FINAL (uS)	OBSERVACIONES
05-09-2016	3353	3490	3490	CALIBRACION OK
03-10-2016	3111	3215	3215	CALIBRACION OK
02-11-2016	2944	3080	3080	CALIBRACION OK
05-12-2016	3120	3213	3213	CALIBRACION OK
03-01-2017	3219	3250	3250	CALIBRACION OK
19-01-2017	2011	2190	2120	LIMPIAR SENSOR
13-02-2017	3224	3210	3210	CALIBRACION OK
13-03-2017	3315	3300	3300	CALIBRACION OK
12-04-2017	3115	3050	3050	CALIBRACION OK
10-05-2017	2640	2740	2740	CALIBRACION OK
09-06-2017	3150	3210	3210	CALIBRACION OK
10-07-2017	2780	2950	2950	CALIBRACION OK
10-08-2017	2850	3000	3000	CALIBRACION OK