PROMAIZ

# REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

| | |
|---|---|
| Codigo: | |
| Revision: | 0 |
| Fecha: | 18-06-2017 |
| Pagina | 1 de 1 |
| Revisado por | E.pizarro |
| Aprobado: | A.Greig |

Equipo: Orion Star A 211 Codigo: PML-017 Mes: Julio

| Dia | Buffer pH 7,00 +/- 0,05 | Buffer pH 4,00 +/- 0,05 | Buffer pH 10,00 +/- 0,05 | Pendiente | Temperatura °C | Responsable | Turno Dia | Turno Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 95.7 | 18.5 | Carol S. | ✓ | |
| 4 | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 95.6 | 18.2 | Estiban C | | ✓ |
| 5 | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 95.7 | 18.7 | Carol S. | ✓ | |
| | 7.01 | 4.00 | 10.00 | 95.3% | 20,0 | M.Abarca | | ✓ |
| 6 | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 95,5 | 17,8. | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,02 | 4.00 | 10,00 | 95,3% | 18,9 | M.Abarca | | ✓ |
| 7 | 7,02 | 4,00 | 10,00. | 95,2% | 19,1. | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,01 | 4.01 | 10,05 | 95,0% | 20,9 | M.Abarca | | ✓ |
| 8 | 7,01 | 4,00. | 10,00 | 94,8% | 19,8. | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,01 | 4.01 | 10,04 | 94,4% | 22.0 | M.Abarca | | ✓ |
| 9 | 7,01 | 4,00 | 10,00 | 94,5% | 20,4 | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,01 | 4.01 | 10.05 | 94.5 | 21.0 | Estiban C | | ✓ |
| 10 | 7,01 | 4,01 | 10,00 | 95.2 | 20,3 | Jimmy A | ✓ | |
| | 7.04 | 4.00 | 10.00 | 99.6 | 20.1 | Estiban C | | ✓ |
| 11 | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 99.0 | 19.7 | Carol S. | ✓ | |
| | 7.01 | 4.00 | 10.00 | 98.7 | 19.7 | Estiban C | | ✓ |
| 12 | 7.01 | 4.00 | 10.00 | 99.0 | 19.5 | Carol S. | ✓ | |
| | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 98.4 | 19.7 | Estiban C | | ✓ |
| 13 | 7.01 | 4.00 | 10.00 | 98.6 | 16.4 | Carol S. | ✓ | |
| | 7,02 | 4,00 | 10,00. | 98,7% | 17,5. | Carlos E. | | ✓ |
| 14 | 7,03 | 4.00 | 10.00 | 98,7% | 16,2 | M.Abarca | ✓ | |
| | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 98,2% | 19,00. | Carlos E. | | ✓ |
| 15 | 7,03 | 4.00 | 10.00 | 98,4% | 16,5 | M.Abarca | ✓ | |
| | 7,01 | 4,00 | 10,00 | 98,0% | 20,3 | Carlos E. | | ✓ |
| 16 | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 98,0% | 19,5 | M.Abarca | ✓ | |
| | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 95,8% | 18,9. | Carlos E. | | ✓ |
| 17 | 7,03 | 4.00 | 10.00 | 98,1% | 16,8 | M.Abarca | ✓ | |
| | 7.03 | 4.00 | 10.00 | 98,2% | 16.3 | Estiban C | | ✓ |
| 18 | 7,03 | 4,00 | 10,00 | 97,9% | 16,5 | Jimmy A | ✓ | |
| | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 98.1 | 17.7 | Estiban C | | ✓ |
| 19 | 7.03 | 4.00 | 10.00 | 97.5 | 16.0 | Jimmy A | ✓ | |
| | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 97.5 | 18.0 | Estiban C | | ✓ |
| 20 | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 97.1 | 17.6 | Jimmy A | ✓ | |
| | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 97.7 | 19.2 | Estiban | | ✓ |
| 21 | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 96.9 | 18.6 | Jimmy A | — | |
| | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 97,0% | 19,8 | M.Abarca | | ✓ |
| 22 | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 96,8% | 18,6 | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 96,4% | 19,3% | M.Abarca | | ✓ |
| 23 | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 96,4% | 19,3 | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 96.3 | 18.7 | Estiban | | ✓ |
| 24 | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 97.3% | 19,0 | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 95,7% | 19,0. | M.Abarca | | ✓ |
| 25 | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 96.3% | 18.6 | Carlos E. | ✓ | |
| | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 96.0 | 18.1 | Jimmy A | | ✓ |
| 26 | 7.02 | 4.00 | 10,00 | 95.3% | 19.4 | Estiban C | ✓ | |
| | 7.01 | 4.01 | 10.05 | 95.4 | 21.3 | Jimmy A | | ✓ |
| 27 | 7.01 | 4.01 | 10.00 | 93.8 | 21.0 | Estiban C | ✓ | |
| | 7.02 | 4.00 | 10.00 | 95.0 | 19.4 | Jimmy A | | ✓ |
| 28 | 7,01 | 4,00 | 10,00 | 98,2% | 19,6. | Estiban C | ✓ | |
| | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 94,9% | 17,6 | Carlos E. | | ✓ |
| 29 | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 98,4% | 18,1 | M.Abarca | ✓ | |
| | 7,02 | 4.00 | 10.00 | 98,7% | 19,2 | Carlos E. | | ✓ |
| 30 | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 98,0% | 19,3. | M.Abarca | ✓ | |
| | 7,01 | 4.00 | 10.00 | 97,6% | 20,0 | Carlos E. | | ✓ |
| 31 | 7,02 | 4,00 | 10,00 | 97,8% | 19,3. | M.Abarca | ✓ | |
| | 7,01 | 4.00 | 10.00 | 97,5% | 20,2 | Carlos E. | | ✓ |