PROMAIZ

Registro de verificacion balanza Análitica

Valor nominal masa control	1 mg	5 mg	100 mg	1 gr	10 gr
Limite superior de control					
Limite inferior de control					

Balanza	SHIMADZU AUX-220		Codigo	PML-001	Mes	AGOSTO 2017
Dia	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g	Responsable
1	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
2	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
3	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
4	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
5						
6						
7	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
8	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
9	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
10	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
11	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
12						
13	/	/	/	/	/	/
14	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
15	/	/	/	/	/	/
16	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
17	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
18	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
19						
20	/	/	/	/	/	/
21	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
22	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
23	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
24	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
25	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
26	/	/	/	/	/	/
27	~~0.0010~~	~~0.0050~~	~~0.1000~~	~~1.0000~~	~~10.0002~~	E
28	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
29	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
30	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
31	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	B. FUENTES