PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Mes	Agosto
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011 AGOSTO			Codigo:	PML-016		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
1	7,01	4,01	10,05	96,1	21,1.	Coulet F.		✓
	7,01	4,01	10,0	99	20,8	Bastián F.	✓	
2	7.01	4.01	10.00	97.4	20.8	Esteban C		✓
	7.02	4.00	10.00	95.9	17.4	Jinny Δ	✓	
3	7.02	4.00	10.00	97.8	17.8	Esteban C		✓
	7. 03	4.00	10.00	99. 2	16.5	Jinny Δ	✓	
4	7.03	4.00	10.00	97.2	16.0	Esteban C		✓
	7.03	4.00	10.00	98,0%	15.0	M. Abarca	✓	
5	7.02	4.00	10.00	96.1	18.6	Esteban C		✓
	7,02	4.00	10. 00	97.3%	18,0	M. Abarca	✓	
6	7.02	4.00	10.00	98.9	18.0	Esteban C		✓
	7,03	4.00	10. 00	99,0%	15.6	M. Abarca	✓	
7	7.00	4.00	10 .00	97.9	97.9	Jinny Δ		✓
	7,02	4.00	10.00	97,1%	17,8	M. Abarca	✓	
8	7.01	4.00	10.00	94.3%	19.7	Jinny Δ		✓
	7,02	4.00	10.00	95,0%	18,7	M. Abarca	✓	
9	7.02	4.00	10.00	95.4	20.3	Jinny Δ		✓
	7,01	4.00	10.00	95,3%	19,7	M. Abarca	✓	
10	7.01	4.00	10.00	95.5	19.6	Jinny Δ		✓
	7.02	4.00	10.00	95.7.	18.7	Esteban C	✓	
11	7.02	4.00	10.00	95.6	20.0	Jinny Δ		✓
	7.02	4.00	10.00	95.0	18.0	Esteban C	✓	
12	7.02	4.00	10.00	95.2	20.2	Jinny Δ		✓
	7.03	4.00	10.00	97.2	16.6	Esteban C	✓	
13	7,02	4,00	10,00	97,8	17,1	Coulet F.		✓
	7.02	4.00	10.00	94.3	17.8	Esteban C	✓	
14	7,02	4,00	10,00	94,6	19,0.	Coulet F.		✓
	7.04	4.00	10.00	98.3	14.2	Esteban C	✓	
15	7,02	4,00	10,00	99,2	19,5.	Coulet F.		✓
	7,01	4.00	10.00	98.1	16.3	Esteban C.	✓	
16	7,02	4,00	10,00	100,8	19,2.	Coulet F.		✓
	7.01	4.01	10.00	99.3	20.6	Jinny Δ	✓	
17	7,02	4,00	10,00	97,3	19,1.	Coulet F.		✓
	7.02	4,00	10.00	97.2	17.4	Jinny Δ	✓	
18	7,02	4,00	10,00	97,0	19,0.	Coulet F		✓
	7.01	4.00	10.05	97.2	21.0	Jinny Δ	✓	
19	7.01	4.00	10.05	98.7	21.3	Esteban C		✓
	7.01	4.01	10.00	99.5	20.5	Jinny Δ	✓	
20	7.01	4.01	10.00	98.0	21.8	Esteban C		✓
	7.01	4.00	10.00	98.5	20.4	Jinny Δ	✓	