PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Mes	Agosto
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011		AGOSTO	Codigo:	PML-017		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
1	7,01	4,01	10,05	96,8	21,2	Coulet.		✓
	7.01	4.01	10.00	97.5	20.8	Jinny Δ	✓	
2	7.01	4.01	10.00	96.7	20.9	Estebanc		✓
	7.02	4.00	10.00	97,6	17.4	Bastián F.	✓	
3	7.02	4.00	10.00	97.7	18.8	Estebanc		✓
	7.03	4.00	10.00	97.1	16.0	Bastián F.	✓	
4	7.02	4.00	10.00	97.6	18.0	Estebanc		✓
	7.03	4.00	10.00	97.5%	15,1	M. Abarca	✓	
5	7.02	4.00	10.00	96.8%	18.3	Estebanc		✓
	7,02	4.00	10.00	96,0%	18,1	M. Abarca	✓	
6	7.02	4.00	10.00	96.5%	18.8	Estebanc		✓
	7,03	4.00	10.00	96,6%	15,6	M. Abarca	✓	
7	7.02	4.00	10.00	96.2%	17.6	Jinny Δ		✓
	7,02	4.00	10.00	96,2%	17,9	M. Abarca	✓	
8	7.01	4.00	10.00	95.8%	20.0	Jinny Δ		✓
	7,02	4.00	10.00	95,9%	18,4	M. Abarca	✓	
9	7.02	4.00	10.00	95,7%	20.5	Jinny Δ		✓
	7,02	4.00	10.00	95,5%	19,5	M. Abarca	✓	
10	7.02	4.00	10.00	95.5%	19.5	Jinny Δ		✓
	7.02	4.00	10.00	95.1%	18.7	Estebanc	✓	
11	7.02	4.00	10.00	95,3%	20.2	Jinny Δ		✓
	7.02	4.00	10.00	95.0	18.1	Estebanc	✓	
12	7.02	4.00	10.00	95.4	20.5	Jinny Δ		✓
	7.03	4.00	10.00	95.1	16.7	Estebanc	✓	
13	7,02	4,00	10,00	94,1	17,3	Coulet.		✓
	7.02	4.00	10.00	94.8	18.7	Estebanc	✓	
14	7,02	4,00	10,00	93,7	18,5	Coulet.		✓
	7.04	4.00	10.00	PR.8	14.5	Estebanc	✓	
15	7,01	4,00	10,00	98,6	20,2	Coulet.		✓
	7,01	4,00	10.00	98,5	16,7	Estebanc	✓	
16	7,02	4,00	10,00	98,6	19,2	Coulet.		✓
	7.01	4.01	10.00	98.2	20.7	Jinny Δ	✓	
17	7,02	4,00	10,00	98,4	19,2	Coulet.		✓
	7.02	4.00	10.00	98.5	19.4	Jinny Δ	✓	
18	7,02	4,00	10,00	98,6	19,0	Coulet.		✓
	7.01	4.00	10.05	96.9	20.5	Jinny Δ	✓	
19	7.01	4.01	10.05	97.0	21.5	Estebanc		✓
	7.02	4.00	10.00	97.9	19.6	Jinny Δ	✓	
20	7.01	4.01	10.05	96.3	21.7	Estebanc		✓
	7.01	4.00	10.00	96.8	20.4	Jinny Δ	✓	