PROMAIZ

Registro de verificacion balanza Análitica

Valor nominal masa control	1 mg	5 mg	100 mg	1 gr	10 gr
Limite superior de control					
Limite inferior de control					

Balanza	SHIMADZU AUX 220		Codigo	PML-001	Mes	OCTUBRE 2016
Dia	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g	Responsable
1						
2						
3	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E PIZARRO
4	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
5	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
6	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E PIZARRO
7	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
8						
9						
10						
11	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
12	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
13	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
14	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
15						
16						
17	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
18	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
19	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
20	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	Carol Soto
21	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	Carol Soto
22						
23						
24	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	Carol Soto
25	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
26	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
27	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
28	0.0010	0.0050	0.1.000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
29						
30						
31						