| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>REV 0<br>FECHA 22/09/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-1406

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | 100,12 | 109,8 | 119,45 | 129 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 25/05/2017 | 100,1 | 109,79 | 119,46 | 129,01 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 25/06/2017 | 100,1 | 109,79 | 119,46 | 129,01 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 25/07/2017 | 100,1 | 109,79 | 119,46 | 129,02 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 24/08/2017 | 100,08 | 109,78 | 119,47 | 129,02 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 22/09/2017 | 100,09 | 109,78 | 119,47 | 129,01 | 138,55 | CALIBRACION OK |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |