| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>REV 0<br>FECHA 24/08/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-1431

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | 100,1 | 109,76 | 119,46 | 129,04 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 25/05/2017 | 100,09 | 109,77 | 119,47 | 129,04 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 25/06/2017 | 100,09 | 109,77 | 119,47 | 129,04 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 25/07/2017 | 100,09 | 109,77 | 119,47 | 129,04 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 24/08/2017 | 100,09 | 109,78 | 119,47 | 129,03 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |