PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Fecha	18-10-2016
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011			Codigo:	PML-016		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
18/10/16	7.02	4.00	10.00	94.4%	17.5°	Esteban C	✓	
19/10/16	7,02	4,00	10,00	98,4%	18,5	Jinny D		✓
19/10/16	7.01	4.00	10.00	99.1%	18.8	Esteban C	✓	
20/10/16	7,02	4,00	10,00	98,7%	18.3	Jinny D		✓
20/10/16	7.01	4.01	10.00	98.5%	20.5	Esteban C	✓	
21/10/16	7,01	4,00	10,00	99,3%	20,8	Jinny D		✓
21/10/16	7.02	4.00	10.00	99.0	17.6	Esteban C	✓	
22/10/16	7,02	4,00	10,00	99,2	21,2	Jinny D		✓
22/10/16	7.01	4.00	10.00	98,3	18.7	Esteban C	✓	
23/10/16	7,02	4,00	10,00	99,1	18,3	Jinny D		✓
23-10-16	7.01	4.00	10.01	97.1%	20,4	Jarol D	✓	
24/10/16	7,01	4,00	10,00	96,4	20,0	Jinny D		✓
24-10-16	7.02	4.00	10.01	99.4%	19.4	Jarol D	✓	
25/10/16	7.02	4.00	10.00	95,8%	18.0	Esteban C		✓
25-10-16	7.02	4.00	10.01	97.5%	18.5	Jarol D	✓	
26-10-16	7.01	4.00	10.00	97,3%	20.1	Esteban C		✓
26-10-16	7.02	4.00	10.01	97.3%	19.5	Jarol D	✓	
27/10/16	7.01	4.00	10.00	96.3%	18.8	Esteban C		✓
27-10-16	7.01	4.00	10.01	96.9%	16.9	Jarol D	✓	
28/10/16	7.02	4.00	10.00	96.7%	18.8	Esteban C		✓
28-10-16	7.02	4.00	10.00	94.7%	18.7	Carol S	✓	
29/10/16	7.02	4.00	10.00	94.5%	18.8	Esteban C		✓
29/10/16	7.02	4.00	10.00	95,7%	18.0	M.Abarca	✓	
30/10/16	7.02	4.00	10.00	97.7%	18.0	Esteban C		✓
30/10/16	7,02	4,00	10,00	96,8%	20,0	Jinny D	✓	
02/10/16	7,03	4.00	10,05	94,0%	16,9	M.Abarca	✓	
03/11/16	7.02	4.00	10.01	101.4%	19.4	Jarol D		✓
03/11/16	7.01	4.00	10.00	97,5%	20,1	M.Abarca	✓	
04-11-16	7.00	4.00	10.01	98.4%	20.2	Jarol D		✓
04-11-16	7,01	4,01	10,00	98,3%	20,0	Jinny D	✓	
05-11-16	7.01	4.00	10.01	100.1%	20.0	Jarol D		✓
05-11-16	7,01	4,00	10,00	99,8%	20,0	Jinny D	✓	
07-11-16	7.02	4.00	10.00	99,3%	19,5	M.Abarca		✓
07-11-16	7,01	4,00	10,00	99,1%	20,4	Jinny D	✓	
09-11-16	7,01	4.00	10,00	98,3%	19,6	M.Abarca		✓
09-11-16	7,01	4,00	10,00	98,1%	20,5	Jinny D	✓	
10-11-16	7,02	4.00	10,00	97,3%	19,1	M.Abarca		✓

PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Fecha	27-09-2016
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011			Codigo:	PML-016		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
27-09-16	7,01	4,01	10,01	95,2	20,8	M.Abarca	✓	
27-09-16	7,01	4,00	10,00	93,8	19,8	Jinny D		✓
28-09-16	7.02	4.00	10.00	95,0	18,6	ESTEBANC	✓	
28-09-16	7,02	4,00	10,00	94,1	19,2	Jinny D		✓
29-09-16	7,02	4,00	10,00	95,3	19,5	M.Abarca	✓	
29-09-16	7,02	4,00	10,00	96,1	20,6	Jinny D		✓
30-09-16	7,01	4,00	10,00	97,8	19,7	M.Abarca	✓	
03-10-16	7.01	4.01	10.01	95.3%	21.0	Jarol D	✓	
04-10-16	7.01	4.00	10.00	97.7	18.6	ESTEBANC		✓
04-10-16	7.02	4.00	10.01	96.8%	18.6	Jarol D	✓	
05/10/16	7.02	4.00	10.00	96.8%	18,0	ESTEBANC		✓
05-10-16	7,03	4,00	10.00	99,1%	16,3	M.Abarca	✓	
06-10-16	7.01	4.00	10.00	96,8	20,0	ESTEBANC		✓
06-10-16	7,02	4.00	10.00	98,5%	18,6	M.Abarca	✓	
07.10.16	7.02	4.00	10.01	95,3%	19,3	Jarol D		✓
07-10-16	7.02	4.00	10.00	96.7%	19,4	M.Abarca	✓	
08.10.16	7.02	4.00	10.01	96,4%	19,5	Jarol D		✓
08-10-16	7,02	4.00	10.01	96,6%	19,3	M.Abarca	✓	
09-10-16	7.02	4.00	10.01	97.0%	18.6	Jarol D		✓
09-10-16	7.02	4.00	10.00	97,8%	19.0	M.Abarca	✓	
10.10.16	7.02	4.00	10.01	93.6%	18,4	Jarol D		✓
10-10-16	7.02	4.00	10.05	94,1%	18,8	M.Abarca	✓	
11.10.16	7.02	4.00	10.01	97,4%	19,5	Jarol D		✓
11-10-16	7,01	4,00	10,00	94,6%	19,9	Jinny D	✓	
12.10.16	7.01	4.00	10.01	95.8%	19,7	Jarol D		✓
12-10-16	7,01	4,00	10,00	94,9%	18,5	Jinny D	✓	
13-10-16	7,02	4,00	10,00	94,2%	18,9	M.Abarca		✓
13-10-16	7,02	4,00	10,00	94,2%	19,9	Jinny D	✓	
14-10-16	7,02	4,00	10,00	95,4%	18,8	M.Abarca		✓
14-10-16	7,01	4,00	10,00	96,4%	19,7	Jinny D	✓	
15-10-16	7,02	4.00	10.00	94,5%	19.6	M.Abarca		✓
15-10-16	7,01	4,00	10,00	95,5%	20,1	Jinny D	✓	
16-10-16	7,02	4.00	10,00	96,4%	18,5	M.Abarca		✓
16-10-16	7,02	4,00	10,00	94,5	19,2	Jinny D	✓	
17-10-16	7,02	4.00	10,00	94,9	18,4	M.Abarca		✓
17/10/16	7.02	4.00	10.00	94.2	18,9	ESTEBANC	✓	
18-10-16	7,02	4.00	10.00	96,2%	19,3	M.Abarca		✓